

Код ОКДП2 32.50.30.110

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000044

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мебель медицинская для кабинетов и палат: Кушетка медицинская для кабинетов и палат МД КС-01

1.	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие	наличие
2.	Декларация о соответствии	наличие
3.	Сертификат соответствия	наличие
4.	Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
5.	Страна производства	РФ
6	Назначение	Для размещения пациента во время проведения лечебно-диагностического осмотра.
7	Габаритные размеры, мм	
8	- длина, мм	1960
9	- ширина, мм	730
10	- высота, мм	560
11	Материал каркаса	сталь
12	Каркас	труба прямоугольного сечения 50*25*2 мм.
13	Размер ложа, мм	1960x730
14	Размер подголовника, мм	440x730
15	Размер лежака, мм	1520x730
16	Ножки	труба круглого сечения Ø 57
17	Номинальная нагрузка, кг.	180
18	Каркас цвет/покрытие	Защитно-декоративное покрытие: коррозионно-устойчивая порошковая краска. Краска нетоксична, пожаробезопасна, устойчива к ударам, сколам, обработке медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами (включая с содержанием хлора).Цвет – серый

		(RAL9007).
19	Обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого цвета, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств.	Наличие
20	Цвет обивки	Слоновая кость
21	Двухсекционное ложе выполнено из ЛДСП и обтянуто винилискожей по бесшовной технологии с набивкой из пенополиуретана	Наличие
22	Угол наклона подголовника	40°
23	Регулировка подголовника	С помощью механизма Rostomat (2шт.)
24	Толщина ЛДСП, мм	Не менее 16
25	Толщина пенополиуретана, мм	Не менее 40
26	Вес изделия, кг.	40
27	Конструкция	разборная
28	Материал упаковки	гофрокартон
29	Габариты упаковки, мм.	
30	Регистрационное удостоверение	наличие
31	Декларация о соответствии	наличие
32	Сертификат соответствия	наличие

