

Код ОКДП2 32.50.30.110

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000078

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кровать общебольничная механическая КМ-10

№	№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	1.	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие	наличие
	2.	Декларация о соответствии	наличие
	3.	Сертификат соответствия	наличие
	4.	Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
	5.	Страна производства	РФ
	6.	Кровать общебольничная для эксплуатации в психоневрологических диспансерах и в спец учреждениях	
	7.	Длина	2060±10 мм
	8.	Ширина	908±10 мм
	9.	Высота кровати с учетом торцевой спинки в изголовье	840±10 мм
	10.	Высота кровати с учетом торцевой спинки в изножье	840±10 мм
	11.	Высота кровати	фиксированная
	12.	Масса кровати	45 ±5 кг
	13.	Номинальная нагрузка	150 кг
	14.	Размеры ложа кровати:	
	15.	Длина ложа	2000±10 мм
	16.	Ширина ложа	900±10 мм
	17.	Высота от пола до ложа кровати	450±10 мм
	18.	Каркас кровати изготовлен из стальной трубы прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, сечение	(50×25x2)±2 мм,
	19.	Ложе выполнено	Из цельного стального листа
	20.	Секции ложа	имеют 3 продольных усилителя

21.	Толщина стального листа ложа	0,8 ±0,1мм
22.	Торцевые спинки	Обшиты металлическим стальным листом.
23.	Размер металлического стального листа в торцевых спинках	Не менее 872x500 мм.
24.	Ложе оборудовано скобами для крепления ремней	Не менее 6-и. Скобы изготовлены из стали не менее 2,8 мм. Размер держателя Ш/В 120x80 мм. ±10
25.	К каркасу кровати	Болтовым соединением крепятся 2 П-образные опоры (ножки)
26.	Опоры (ножки) изготовлены из стальной трубы круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, сечение	(30×2)±0,2 мм
27.	Опоры	оборудованы специальными подпятниками
28.	Функции подпятника	Для крепления к полу
29.	Подпятник выполнен	из стали толщиной не менее 2,8мм. Габаритными размерами (70 x 53) ±5 мм.
30.	Упаковка	Гофрокартон 5-слойный