

Код позиции 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

| Наименование изделия | Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения) | Конкретные показатели |
|---|--|---|
| Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: Шкаф МД 2 1670/SG | Назначение | Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов |
| | Габаритные размеры, мм | |
| | - высота | 1655 |
| | - ширина | 700 |
| | - глубина | 320 |
| | - высота с установленными опорами | 1755 |
| | Материал каркаса | сталь |
| | Толщина стали корпуса, мм | 0,6 |
| | Толщина стали дверей, мм | 0,7 |
| | Толщина стекла дверей, мм | 4 |
| | Толщина стекла полок, мм | 5 |
| | Количество отделений, шт. | 2 |
| | Верхнее отделение: | |
| | Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 755 x 698 x280 |
| | Количество дверей, шт. | 2 |
| | Материал дверей | стекло |
| | Размер дверей, мм | 765 x 310 |
| | Количество полок, шт. | 2 |
| | Материал полок | стекло |
| | Размер полок, мм | 277 x 695 |
| | Максимальная нагрузка на полку, кг | 10 |
| | Хромированная магнитная защёлка, шт. | 2 |
| | Нижнее отделение: | |
| | Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 755 x 698 x280 |
| | Количество дверей, шт. | 2 |
| | Материал дверей | сталь |
| Размер дверей, мм | 710 x 311 | |

Код позиции 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

| | |
|---|--|
| Количество полок, шт. | 2 |
| Материал полок | сталь |
| Размер полок, мм | 278 x 696 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 30 |
| Эргономичная ручка, шт. | 1 |
| Материал ручки | металл с хромированным покрытием |
| Размер ручки, мм. | 135 x 15 x 20 |
| Замок ключевой, шт. | 1 |
| Секретность замка, комбинаций | 2000 |
| Количество ключей, шт. | 2 |
| Покрытие | гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое |
| Каркас шкафа усилен рамкой, установленной в верхнем проеме шкафа | наличие |
| Конструкция рамки: - рейка, шт. - поперечина, шт. | 2 1 |
| Длина поперечины, мм | 795 |
| Длина рейки, мм | 200 |
| Толщина рамки, мм | 1,5 |
| Основание шкафа выполнено с двумя рёбрами жёсткости | наличие |
| Материал ребра жесткости | сталь |
| Толщина стали ребер жесткости, мм. | 1 |
| Габаритные размеры ребра жесткости (В/Ш/Д) мм. | 13 x 70 x 810 |
| Подложка заливная в верхней части шкафа | наличие |
| Длина подложки, мм | 55 |
| Ширина подложки, мм | 20 |
| Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами | наличие |

Код позиции 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

| | |
|-----------------------------------|---|
| Опоры регулируемые, шт. | 4 |
| Материал опор | пластик |
| Высота регулируемых опор, мм | минимальная – 100 максимальная – 130 |
| Цвет покрытия корпуса | белый |
| Вес изделия, кг. | 35,5 |
| Материал упаковки | гофрокартон |
| Габариты упаковки, мм. | 1645 x 395 x 170 |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Декларация о соответствии | наличие |
| Сертификат соответствия | наличие |
| Нахождение в реестре Минпромторга | наличие |
| Страна производства | РФ |